

## CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

Actaris Contadores S.A. certifica que los contadores de agua, tipo proporcional, modelo **IRRIMAG**, calibres DN 65 a 200 mm., cumplen con las siguientes especificaciones:

### Características Metrológicas

Diámetro Nominal	mm	65	80	100	125	150	200
Caudal máximo (permanente)	m <sup>3</sup> /h	80	120	200	200	500	500
Caudal máximo (excepcional)	m <sup>3</sup> /h	100	160	250	250	550	550
Precisión ± 5%	m <sup>3</sup> /h	2.5	4.8	8	8	20	20
Caudal de arranque	m <sup>3</sup> /h	0.8	1.8	3	3	7.5	7.5
Δp a caudal permanente	bar	0.5	0.44	0.58	0.58	0.75	0.75
Volumen máximo en 24 horas	m <sup>3</sup> /day	1900	2800	4800	4800	12 000	12 000
Presión máxima de trabajo	bar	20					
Temperatura máxima	°C	80					
Lectura máxima	m <sup>3</sup>	10 <sup>6</sup>					10 <sup>7</sup>
Mínima unidad graduada	l	0.5					5

Asimismo, certificamos que estos aparatos han superado – antes de su puesta en el mercado - los ensayos de:

- Ajuste y verificación metrológica, necesarios para garantizar el canal de precisión indicado.
- Resistencia a la presión, a la presión nominal de funcionamiento.

Estos aparatos no disponen de aprobación de modelo, según Real Decreto 597/1988 o RD 889/2006.

Lo cual se hace constar en Montornés del Vallés, a 14 de mayo de 2009.

Actaris Contadores, S.A.

ANTONIO C. VIDAL  
 Aseguramiento de la Calidad  
 Jefe de Control de Calidad Final